FieldLogger

É possível monitorar os aparelhos Novus com o software LabVIEW®?

Nossos aparelhos utilizam o protocolo de comunicação Modbus RTU. Não há, até o momento, drivers desenvolvidos para o LabVIEW. Contudo, o site da NI fornece o seguinte link com informações úteis para esta implementação:

Do LabVIEW and LabVIEW Real-Time Support Modbus?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2CD034F223C650E9862569570041995C

ID de solução único: #1002
Autor: : sandro rafael dos santos
Última atualização: 2011-01-29 16:28

(c) 2024 Eber <eber@novus.com.br> | 2024-03-28 17:40
URL: https://faq.novus.com.br/index.php?action=artikel&cat=31&id=3&artlang=pt-br